臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 115年 09月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		2041-0013		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
9月1日	5.7	6.3	4.5	5.4	3.5	4.3	-18.3	-17.8	-81.7	-78.8	19.6	20.3
9月2日	5.7	6.4	4.5	5.3	3.5	4.3	-18.3	-17.6	-81.7	-78.8	19.7	19.9
9月3日	5.7	6.2	4.5	5.6	3.4	4.1	-18.3	-18	-81.7	-78.8	19.8	20.5
9月4日	6	6.6	4.4	5.7	3.4	4.1	-18.3	-17.9	-81.7	-78.8	20.2	20.7
9月5日	5.8	6.1	4.3	5.2	3.4	4.1	-18.3	-18.2	-81.7	-78.8	19.9	20.3
9月6日	6.1	6.1	4.4	5.2	3.4	4.1	-18.3	-18.3	-81.5	-78.8	19.7	19.9
9月7日	5.9	6.2	4.2	5.3	3.4	4.3	-18.3	-17.9	-81.7	-78.8	19.2	19.7
9月8日	5.9	6.2	4.2	5.3	3.3	4.2	-18.2	-17.8	-81.7	-78.8	19.4	19.9
9月9日	5.7	6.3	4.3	5.4	3.3	4.1	-18.7	-18.2	-81.7	-78.8	19.3	19.9
9月10日	5.8	6.2	4.3	5.4	3.3	4.2	-19.4	-16.9	-81.7	-78.8	19.3	20.3
9月11日	5.7	6.2	4.3	5.4	3.3	4.2	-19.6	-19	-81.7	-78.8	20.1	20.7
9月12日	5.7	5.7	4.2	5.3	3.3	4	-19.4	-19.1	-81.7	-78.8	20.3	20.6
9月13日	5.7	5.7	4.2	5.3	3.3	4	-19.6	-19.1	-81.7	-78.8	20.1	20.3
9月14日	5.7	6.7	4.2	5.3	3.3	4	-19.4	-19	-81.7	-78.8	19.9	20.4
9月15日	5.4	6.1	4.2	5.3	3.3	4	-19.4	-19	-81.7	-78.8	20.4	20.9
9月16日	5.5	6	4.2	5.3	3.3	4.1	-19.6	-19	-81.7	-78.8	19.9	20.8
9月17日	5.4	5.8	4.4	5.9	3.4	4.1	-19.4	-19	-81.7	-78.8	20.1	20.8
9月18日	5.5	6.4	4.4	5.3	3.3	4.1	-19.4	-17.3	-81.7	-78.8	20.1	20.8
9月19日	5.5	5.8	4.3	5.3	3.3	4.1	-18.8	-18.7	-81.7	-78.8	20.1	20.6
9月20日	5.7	5.7	4.3	5.3	3.3	4	-18.8	-18.7	-81.7	-78.9	20.5	20.6
9月21日	5.4	5.7	4.3	5.7	3.3	4.1	-18.8	-18.6	-81.7	-78.8	20.4	21.3
9月22日	5.3	5.9	4.6	5.4	3.4	4.3	-18.8	-18.3	-81.7	-78.8	20.7	21.4
9月23日	5.3	6.1	4.6	6.1	3.4	4.2	-18.8	-18.6	-81.7	-78.8	20.8	21.6
9月24日	5.5	5.9	4.7	5.7	3.4	4.5	-18.8	-18.5	-81.7	-78.9	20.9	21.6
9月25日	5.5	5.6	4.7	5.5	3.4	3.9	-18.8	-18.6	-81.7	-78.8	20.9	21.1
9月26日	5.5	5.6	4.7	5.4	3.4	3.9	-18.8	-18.6	-81.7	-78.9	20.8	20.9
9月27日	5.5	5.6	4.7	5.5	3.4	3.9	-18.8	-18.6	-81.7	-78.8	20.7	20.8
9月28日	5.5	5.6	4.7	5.5	3.4	3.9	-18.8	-18.6	-81.7	-78.8	20.6	20.8
9月29日	5.5	6	4.3	6.1	3.4	3.9	-18.8	-18.5	-81.7	-78.8	20.6	21.4
9月30日	5.3	6.1	4.2	5.3	3.4	4	-18.8	-18.3	-81.7	-78.9	20.4	21.2

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L
註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師：藥學部 師(三)級藥師 邱保祥 115/09/02

藥學部 師(三)級藥師 溫雅如 115/09/02

總藥師：藥學部 師(二)級藥師 李婉詩 09/05

業管主管：