

附件六

臺北榮民總醫院 醫療儀器一級保養維護標準作業準則 (稿)		
儀器名稱		(儀器照片)
廠牌		
型號		
執行單位	(使用單位)	
保養週期	(廠商請依設備相關手冊指引與使用單位溝通後定義)	
服務廠商		
廠商電話		
聯絡人		
一、安全注意事項 (請標明每項於使用或維護手冊出處)		
使用醫療儀器過程中，應依原廠技術手冊規定的作業程序處理。 禁止使用插頭轉接頭及非院方供應的延長線。 避免使用故障之儀器及有破損之插頭與插座，以防觸電受傷。 禁止在醫療儀器上面放置裝有液體之容器，避免液體倒入或濺入儀器內部以致故障或引起火花。 清潔保養醫療儀器時，建議採用75%的酒精(ethyl alcohol)均勻噴灑於紗布後，再進行擦拭。 醫療儀器附近禁止堆放任何物品，以免防礙儀器的散熱效果。 各類醫療儀器之使用、保養，應遵照『醫院安全衛生工作守則』相關規定。 (以上為範例，請自行增刪)		
二、保養應備工具 (請標明每項於使用或維護手冊出處)		
抹布、刷子、75%的酒精 (左列為範例，請自行增刪)		
三、一級保養維護標準流程 (請標明每項於使用或維護手冊出處)		
外觀檢查:檢查外觀及導線是否有損壞及鬆脫。 儀器清潔:以棉布清潔設備外觀。 開機自檢:將設備開機確認自檢正常。 按鍵測試:確認各按鍵功能正常。 (以上為範例，請自行增刪)		
四、操作程序 (請標明每項於使用或維護手冊出處)		
檢查開機是否正常。 檢查外觀及導線是否有損壞及鬆脫。 檢查電擊板及各按鍵功能是否正常。 檢查電池燈號是否正常。 檢查螢幕顯示功能是否正常。 檢查燈號功能是否正常。 檢查日期與時間是否正確。 執行機器功能自我測試。 (以上為範例，請自行增刪)		
五、簡易故障排除 (請標明每項於使用或維護手冊出處)		
故障問題	可能原因	處理方式
補充：(本表為儀器之一級保養作業準則，根據本院醫療儀器管理辦法規定一級保養為使用單位執行範圍，本準則供作儀器使用單位引用並據以執行，因此得標廠商需根據原廠使用手冊，與使用單位確認確實可執行之細節後再行編制，本段文字為醫療儀器廠商及使用單位參考，正式文件中應予刪除。)		