

ResMed VPAP III ST-A 基本保養流程

工作步驟

1. Inlet Filter 檢查

取出 Inlet Filter 檢查是否汙損過髒則更換

2. LCD 顯示及按鍵檢查

a. 連接二米管路並連接封閉式面罩

b. 開啟電源檢查 LCD 螢幕顯示是否正常

c. 按壓馬達起始鍵啟動馬達並按壓其他功能鍵檢查功能及顯示是否正常

3. 壓力檢查

a. 連接二米管路並連接封閉式面罩

b. 開啟電源並將壓力設定在 0 cmH₂O、16 cmH₂O

c. 用壓力表檢測誤差是否於 1 cmH₂O 以內

d. 若壓力值過大則須校正

4. 其他功能檢查

a. 連接二米管路並連接封閉式面罩

b. 開啟電源並進入 Clinical Manual 設定不同模式檢查動作是否正常

c. 開啟各項警報設定, 確認警報功能是否正確啟動

d. 進入報告功能, 確認機器能產生各項數據

工具儀器

1. 二米管路

2. 壓力表

3. 封閉式面罩

工安事項

確認提供一穩定電壓 AC 100 ~ 240

檢測標準

1. 壓力誤差於 1cmH₂O 以內

2. LCD 無斷碼

3. 各項警報均能動作

4. 各項功能均能啟動