<table>
<tr><th>檢驗項目</th><td colspan="4">Cl</td></tr>
<tr><th>中文名稱</th><td colspan="4">氯</td></tr>
<tr><th>英文名稱</th><td colspan="4">Chloride</td></tr>
<tr><th>適應症</th><td colspan="4">血清氯濃度常和鈉離子平行，對 anion gap 的計算及高鈣血症的鑑別診斷很有幫助</td></tr>
<tr><th>操作科別</th><td colspan="4">中央檢驗科-901；急作生化-906</td></tr>
<tr><th>檢體類別</th><td colspan="4">黃頭管--血清 Serum
綠頭管--血漿 Plasma</td></tr>
<tr><th>操作頻率</th><td colspan="4">每天</td></tr>
<tr><th>操作時效</th><td colspan="4">中央檢驗科 一般檢體：8 小時完成發報告
急作檢體：1 小時完成發報告
急診檢體：30 分鍾完成發報告</td></tr>
<tr><th>參考範圍</th><td colspan="4">98~107 mmol/L</td></tr>
<tr><th>採檢容器和檢體量</th><td colspan="4"> 
黃頭管 3ml 全血 綠頭管3ml 全血</td></tr>
<tr><th>採檢注意事項</th><td colspan="4">無</td></tr>
<tr><th rowspan="5">收檢時間與地點</th><td>收檢地點</td><td>平日收檢時間</td><td>週六收檢時間</td><td>週日收檢時間</td></tr>
<tr><td>中正樓三樓中央檢驗科</td><td>8:00-21:30</td><td>8:00-16:00</td><td>8:00-16:00</td></tr>
<tr><td>第二門診大樓門診檢驗室</td><td>7:30-21:20</td><td>8:00-12:00</td><td>-</td></tr>
<tr><td>中正樓三樓急診檢驗室</td><td colspan="3">24 小時收檢</td></tr>
<tr><td colspan="4">國定假日、天災停止上班比照週日收檢時間</td></tr>
<tr><th>注意事項</th><td colspan="4">• 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。
• 運送條件：室溫</td></tr>
<tr><th>健保代碼與給付點數</th><td colspan="4">健保碼：09023C；點數：40 點</td></tr>
</table>

檢驗方法	• 方法： 離子選擇性電極分析法（ISE） • 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：60-140 mmol/L • 分析敏感度(Analytical sensitivity)：60 mmol/L
聯絡電話	02-28712121 轉中央檢驗科：7464 急作生化：7367
版本 2021.05.01	修訂日期：2021 年 05 月 01 日