<table>
<tr><th>檢驗項目</th><th>Sirolimus</th></tr>
<tr><td>中文名稱</td><td>斥消靈</td></tr>
<tr><td>英文名稱</td><td>Sirolimus (SIRO)</td></tr>
<tr><td>適應症</td><td>用於監測使用斥消靈治療之患者體內的藥物濃度，避免過量產生危害，以確使病人得到適當的治療。</td></tr>
<tr><td>操作科別</td><td>中央檢驗科-901</td></tr>
<tr><td>檢體類別</td><td>紫頭管--全血</td></tr>
<tr><td>操作頻率</td><td>每日</td></tr>
<tr><td>操作時效</td><td>8 小時完成發報告</td></tr>
<tr><td>參考範圍</td><td>治療範圍(Therapeutic range)：4.5~14.0 ng/mL</td></tr>
<tr><td>採檢容器和檢體量</td><td>
紫頭管 3 ml 全血</td></tr>
<tr><td>採檢注意事項</td><td>1. 醫囑開立時，醫師需輸入用藥資訊。
2. 採檢時，需註明抽血人員姓名與實際抽血日期時間。
3.抽血時間說明：下次給藥前。</td></tr>
<tr><td>收檢時間與地點</td><td><table>
<tr><th>收檢地點</th><th>平日收檢時間</th><th>週六收檢時間</th><th>週日收檢時間</th></tr>
<tr><td>中正樓三樓中央檢驗科</td><td>8:00-21:30</td><td>8:00-16:00</td><td>8:00-16:00</td></tr>
<tr><td>第二門診大樓門診檢驗室</td><td>7:30-21:20</td><td>8:00-12:00</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="4">國定假日、天災停止上班比照週日收檢時間</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>注意事項</td><td>• 保存方法： 檢體置放於 2-8℃ ：可儲存 7 天。若測試時間延遲至 7 天以上，須將檢體儲存於-10℃ 以下。
• 運送條件：室溫</td></tr>
<tr><td>健保代碼與給付點數</td><td>健保碼：10537C；點數：1600 點</td></tr>
<tr><td>檢驗方法</td><td>• 方法： 電化學發光免疫分析法（ electrochemiluminescence immunoassay “ECLIA ）</td></tr>
</table>

	• 報告範圍(Clinically reportable range, CRR) : 0.5-60.0 ng/mL • 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.5 ng/mL • 干擾 ：接受高劑量生物素治療的病人(> 5 mg/天)，應該距離最後一次服藥至少 8 小時才能採檢。
聯絡電話	02-28712121#7464
版本 2021.05.01	修訂日期：2021 年 05 月 01 日