

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 115年 01月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		1215-0006		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
1月1日	3.2	4.4	3.2	3.7	3.2	3.9	-19.9	-18.3	-80.4	-78.5	18.4	18.6
1月2日	4.1	4.9	3.1	5.4	3.2	3.9	-20.7	-20.2	-80.4	-78.3	19	19.7
1月3日	3.9	4.5	3.1	3.7	3.3	3.9	-20.6	-20.4	-80.4	-78.3	18.6	19.1
1月4日	3.9	4.5	3.1	3.7	3.3	3.9	-20.6	-20.4	-80.4	-78.3	18.6	18.7
1月5日	3.9	4.7	3.1	4	3.3	4.3	-20.4	-20	-80.6	-78.3	18.7	19.2
1月6日	4	4.8	3.2	3.7	3.3	3.8	-20.4	-19	-80.4	-78.4	18.8	19.2
1月7日	4.2	4.7	2.9	4.5	3.1	4.4	-20.3	-18.8	-80.4	-78.3	18.6	18.9
1月8日	4.2	4.8	3.3	4.4	3.1	3.8	-20.4	-18.8	-80.4	-78.3	18.4	18.7
1月9日	4	4.7	3.3	3.9	3.1	3.8	-20.7	-17.6	-80.4	-78.3	18.3	18.6
1月10日	4	4.5	3.3	3.9	3.1	3.8	-20.6	-20.4	-80.4	-78.3	18.4	18.6
1月11日	4	4.5	3.3	3.9	3.1	3.8	-20.6	-20.4	-80.4	-78.3	18.2	18.4
1月12日	4.1	4.8	3.3	4.2	3.1	3.8	-20.9	-20.2	-80.9	-78.2	18.2	18.8
1月13日	3.8	5.1	3.3	4.2	3.1	3.8	-20.9	-19.4	-80.4	-78.3	18.6	18.8
1月14日	3.8	4.4	3.3	4.2	3.1	3.8	-20.6	-18.6	-80.4	-78.3	18.7	19.2
1月15日	3.9	4.9	3.3	4.5	3.1	3.7	-19.9	-17.9	-80.6	-78.3	19	19.4
1月16日	3.9	5.4	3.3	4.3	3.1	3.7	-20.2	-19.6	-80.4	-78.3	19.1	19.7
1月17日	4.2	4.8	3.3	4.2	3.2	3.6	-20.2	-20.2	-80.4	-78.3	18.9	19.2
1月18日	4.2	4.8	3.3	4.1	3.1	3.6	-20.3	-20.1	-80.4	-78.3	18.9	19.6
1月19日	4.2	4.8	3.3	4.2	3.1	3.6	-20.4	-20.2	-80.4	-78.3	19.1	19.7
1月20日	4.2	5.1	3.3	4.2	3.2	3.7	-20.6	-19.9	-80.4	-78.3	18.9	19.5
1月21日	4.1	5.1	3.3	4.4	3.3	3.8	-20.2	-19.1	-80.9	-78.3	18.6	19.2
1月22日	3.9	4.7	3.3	4.2	3.2	3.7	-20.2	-19.9	-80.4	-78.3	18.4	19.1
1月23日	3.9	5.9	3.3	4.6	3.1	3.8	-20.4	-19.5	-80.4	-78.3	18.4	19.2
1月24日	4.2	4.7	3.3	4.2	3.2	3.8	-20.3	-20.2	-80.4	-78.3	18.7	18.7
1月25日	4.2	4.7	3.3	4.2	3.2	3.8	-20.3	-20.2	-80.4	-78.3	18	18.7
1月26日	4.1	5.1	3.3	4.4	3.1	3.8	-20.4	-16.8	-80.4	-78.3	17.9	19.1
1月27日	4.5	5.2	3.3	4.2	3.1	3.8	-20.4	-19.9	-80.4	-78.3	18.6	19.3
1月28日	4.1	4.9	3.3	4.3	3.1	3.7	-20.3	-19.1	-80.4	-78.3	18.4	19.1
1月29日	4.3	5.2	3.3	4.2	3.1	3.9	-20.3	-19.8	-80.4	-78.4	18.3	19.2
1月30日	4.4	5.2	3.3	4.4	3.1	4.2	-20.3	-19.9	-80.4	-78.4	18.4	19.4
1月31日	4.4	4.8	3.3	4.1	3.3	3.9	-20.3	-20.2	-80.3	-78.4	18.4	18.7

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 邱保祥 115
師(三)級藥師 0202
藥學部 溫雅如 115
師(三)級藥師 0203

總藥師:

業管主管:

藥學部 李婉詩 115
師(二)級藥師 0203