

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 115年 02月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		1215-0006		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
2月1日	4.3	4.8	3.3	4.2	3.3	3.9	-20.4	-20.3	-80.3	-78.3	18.2	18.4
2月2日	4.2	6.2	3.3	4.7	3.1	4.7	-20.2	-17.3	-80.4	-78.3	18.6	19.5
2月3日	4.1	5.2	3.3	4.2	2.9	3.9	-20.3	-19.1	-80.4	-78.3	18.7	19.4
2月4日	4.7	5.2	3.4	4.6	3.2	4.7	-20.1	-18	-80.4	-78.3	18.8	19.6
2月5日	4.3	5.1	3.4	4	4.3	4.6	-21.2	-16.1	-80.4	-78.3	18.8	19.7
2月6日	4.3	5.3	3.1	4.2	4.3	4.6	-20.4	-16.8	-80.4	-75.2	18.9	19.8
2月7日	4.5	4.8	3.1	3.9	4.3	4.6	-18.7	-18.7	-80.4	-78.3	18.6	19.1
2月8日	4.4	4.8	3.2	3.9	4.3	4.6	-18.7	-18.7	-80.4	-78.4	18	18.6
2月9日	4.4	4.9	3.2	3.9	4.3	4.6	-20.3	-17.3	-80.4	-78.3	17.9	18.9
2月10日	4.3	4.8	3.2	3.9	4.3	4.6	-20.4	-20.2	-80.4	-78.3	18.2	19.1
2月11日	4.2	4.8	3.1	3.9	4.2	4.7	-20.4	-18.3	-80.6	-78.4	18.4	19.8
2月12日	4.3	4.8	3.1	3.9	4.2	4.6	-18.4	-17.9	-80.4	-78.3	19.1	20
2月13日	4.3	4.8	3.2	3.9	3.7	4.6	-18.4	-18.1	-80.6	-78.5	19.3	20.2
2月14日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.1	4.4	-18.4	-18.1	-80.4	-78.5	19.4	19.6
2月15日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.1	4.4	-18.4	-18.1	-80.6	-78.4	19.4	19.5
2月16日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.1	4.4	-18.3	-18.1	-80.4	-78.3	19.3	19.4
2月17日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.1	4.4	-18.4	-18.2	-80.4	-78.4	19.2	19.3
2月18日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.2	4.4	-18.5	-18.2	-80.4	-78.3	18.9	19.2
2月19日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.1	4.4	-18.5	-18.3	-80.4	-78.3	18.8	19.1
2月20日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.1	4.4	-18.8	-17.9	-80.6	-78.5	18.9	20.2
2月21日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.1	4.4	-18.9	-18.5	-80.6	-78.5	19.8	20.1
2月22日	4.3	4.7	3.2	3.9	4.1	4.4	-18.8	-18.6	-80.6	-78.5	19.9	20.1
2月23日	4.3	4.9	3.1	3.9	4.1	4.5	-18.8	-17.9	-81.2	-78.5	19.9	20.9
2月24日	3.1	4.8	3.1	3.8	4.2	4.7	-18.5	-16.6	-80.6	-78.5	20.2	21.3
2月25日	3.2	4.6	2.9	3.8	4.2	4.5	-18.6	-17	-80.7	-78.5	20.3	21.2
2月26日	3.7	4.6	3.1	5.7	3.9	4.5	-18.7	-18	-80.6	-78.6	19.4	20.9
2月27日	3.9	4.5	4	5.1	3.9	4.4	-18.7	-16.8	-80.9	-78.5	19.4	23.9
2月28日	3.8	4.7	4	5.6	3.8	4.6	-19.5	-16	-80.9	-78.8	19.8	24.3

註1：溫度記錄器型號：ESCORT/ Model No.：EI-IN-D-32-L

註2：溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師：

藥學部 邱保祥 115
師(三)級藥師 0702

總藥師：

藥學部 溫雅如 115
師(三)級藥師 0702

業管主管：

藥學部 李婉詩 0704
師(二)級藥師