

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 115年 04月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		1215-0006		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
4月1日	3.8	4.4	3.5	4.4	3.9	5.1	-21.9	-20.3	-80.1	-77.7	18.4	18.7
4月2日	3.8	4.6	3.6	4.3	3.9	4.4	-24.2	-18.8	-80	-77.7	18.2	19.2
4月3日	3.8	4.3	3.8	4.2	4	4.4	-23.3	-22.9	-79.9	-77.7	18.4	18.7
4月4日	3.8	4.3	3.9	4.2	4	4.4	-23.2	-22.8	-79.9	-77.7	18.6	18.7
4月5日	3.8	4.3	3.8	4.2	4	4.5	-23.2	-22.7	-79.9	-77.7	18.6	18.7
4月6日	3.8	4.3	3.9	4.2	4	4.4	-23.2	-22.9	-79.9	-77.7	18.4	18.6
4月7日	3.8	4.3	3.7	4.3	4	4.6	-23.4	-22.9	-80.1	-77.7	18.4	18.6
4月8日	3.7	4.3	3.7	4.8	3.9	4.6	-23.7	-20.8	-80.1	-77.8	18.8	19.8
4月9日	3.6	4.4	3.9	5	4.2	5.9	-23.9	-20.4	-80.1	-77.8	18.4	19.8
4月10日	3.6	4.2	3.9	4.9	4.2	4.7	-23.9	-22.1	-79.9	-77.7	18.2	19.1
4月11日	3.7	4.1	4.4	4.7	4.3	4.6	-23.9	-23.5	-79.8	-77.7	18.2	18.3
4月12日	3.7	4.1	4.4	4.7	4.3	4.6	-23.7	-23.2	-79.8	-77.7	18.2	18.2
4月13日	3.7	4.2	4.3	4.8	4.3	4.7	-24.8	-22.4	-79.9	-77.7	18.1	19.1
4月14日	3.6	4.4	3.4	4.7	4.2	4.7	-24.8	-20.9	-79.9	-77.7	18.2	19.2
4月15日	3.6	4.3	3.4	4.1	4.2	4.6	-23.9	-23.7	-79.8	-77.7	18.3	19.2
4月16日	3.7	4.4	3.7	4	4.2	4.6	-23.5	-21.8	-80.1	-77.7	18.4	19.3
4月17日	3.7	4.7	3.7	3.9	4.2	4.7	-23.4	-22	-79.9	-77.7	18.4	19.4
4月18日	3.7	4.2	3.7	3.9	4.4	4.7	-23.2	-22.9	-79.9	-77.8	18.4	18.6
4月19日	3.7	4.2	3.7	3.9	4.4	4.6	-23.2	-22.8	-79.8	-77.7	18.2	18.4
4月20日	3.7	4.2	3.5	4.3	4.3	4.9	-23.2	-22.7	-79.8	-77.7	18.2	19.1
4月21日	3.7	4.2	3.6	4.1	3.9	5.2	-23.2	-19.1	-79.8	-77.7	18.2	19.1
4月22日	3.7	4.5	3.7	4.2	3.9	5.3	-19.9	-18.9	-80.1	-77.7	18.4	19.3
4月23日	3.7	4.3	3.7	4	4	4.7	-20.4	-19.6	-80.1	-77.7	18.4	19.2
4月24日	3.7	4.2	3.7	4.3	3.9	4.8	-20.4	-19.7	-79.9	-77.7	18.3	19.2
4月25日	3.7	4.2	3.8	4	3.9	4.4	-19.8	-19.7	-79.9	-77.7	18.2	18.4
4月26日	3.7	4.2	3.8	4	3.9	4.4	-19.8	-19.7	-79.9	-77.7	18.1	18.2
4月27日	3.7	4.4	3.8	4	3.9	4.4	-19.8	-19.7	-79.8	-77.7	17.9	18.8
4月28日	3.7	4.3	3.7	4.3	3.9	4.7	-20.3	-19.7	-80.1	-77.7	18.1	19.7
4月29日	3.7	4.3	3.3	3.9	3.9	4.6	-20.2	-19.7	-80.1	-77.8	19.6	20.4
4月30日	3.7	4.4	3.5	4	3.8	4.4	-20.2	-19.6	-80.1	-77.8	19.8	20.6

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 邱保祥 115
師(三)級藥師 0504

總藥師:

業管主管:

藥學部 李婉詩 115
師(二)級藥師 0504

藥學部 溫雅如 115
師(三)級藥師 0504