

# 臺北榮民總醫院藥學部

## 臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 115年 05月

|       | 一號冰箱      |     | 二號冰箱     |     | 三號冰箱      |     | 負20度冰箱    |       | 負80度冰箱    |       | 室溫1       |      |
|-------|-----------|-----|----------|-----|-----------|-----|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|
| 序號    | 0520-362  |     | 0520-292 |     | 1504-0305 |     | 1405-0193 |       | 1215-0006 |       | 1213-0007 |      |
| 備用    | 0850-0835 |     | 0520-293 |     | 1504-0339 |     | 1213-0010 |       | 1330-0064 |       | 1405-0194 |      |
| 範圍    | 2~8℃      |     | 2~8℃     |     | 2~8℃      |     | 負15~負25℃  |       | ≤負70℃     |       | 15~25℃    |      |
| 日期    | Min       | Max | Min      | Max | Min       | Max | Min       | Max   | Min       | Max   | Min       | Max  |
| 5月1日  | 3.9       | 4.3 | 3.6      | 3.8 | 3.5       | 4   | -19.6     | -19.6 | -80.1     | -77.8 | 19.7      | 19.8 |
| 5月2日  | 3.9       | 4.3 | 3.6      | 3.8 | 3.6       | 4   | -19.7     | -19.6 | -80.1     | -77.8 | 19.5      | 19.7 |
| 5月3日  | 3.9       | 4.3 | 3.6      | 3.8 | 3.5       | 4   | -19.7     | -19.6 | -80.1     | -77.8 | 19.4      | 19.5 |
| 5月4日  | 3.9       | 4.9 | 3        | 4.1 | 3.4       | 4.4 | -19.6     | -17.6 | -80.1     | -77.9 | 19.3      | 19.6 |
| 5月5日  | 3.9       | 4.6 | 2.9      | 4.3 | 3.6       | 4.4 | -19.6     | -18.8 | -80.1     | -77.8 | 19.4      | 19.8 |
| 5月6日  | 4.1       | 5.4 | 3.1      | 4.2 | 3.6       | 4.4 | -19.1     | -16.4 | -80.1     | -77.8 | 19.5      | 19.8 |
| 5月7日  | 3.7       | 4.8 | 3.1      | 4.1 | 3.5       | 5.5 | -20.2     | -18.2 | -80.1     | -77.8 | 19.6      | 19.9 |
| 5月8日  | 3.7       | 4.4 | 3.1      | 4   | 4         | 4.9 | -18.7     | -18.4 | -80.1     | -77.8 | 19.7      | 19.9 |
| 5月9日  | 3.8       | 4.4 | 3.4      | 3.8 | 4.2       | 4.7 | -18.7     | -18.7 | -80.1     | -77.8 | 19.6      | 19.8 |
| 5月10日 | 3.7       | 4.4 | 3.4      | 3.9 | 4.2       | 4.7 | -18.7     | -18.7 | -80.1     | -77.8 | 19.4      | 19.6 |
| 5月11日 | 3.8       | 4.7 | 3.3      | 4.2 | 3.9       | 4.7 | -19.7     | -18.6 | -80.3     | -77.9 | 19.4      | 20.2 |
| 5月12日 | 3.9       | 5.3 | 3.2      | 4.9 | 4         | 4.5 | -19.6     | -19.2 | -80.3     | -77.9 | 20.2      | 20.6 |
| 5月13日 | 3.8       | 4.7 | 2.8      | 4   | 3.9       | 4.8 | -19.6     | -19.1 | -80.3     | -77.9 | 20.4      | 20.7 |
| 5月14日 | 3.8       | 4.7 | 2.3      | 5.8 | 2.2       | 5.1 | -19.8     | -17.3 | -80.3     | -77.9 | 20.5      | 21   |
| 5月15日 | 3.8       | 4.6 | 2.3      | 5.8 | 2.1       | 4.3 | -19.6     | -19.3 | -80.3     | -77.9 | 20.7      | 20.9 |
| 5月16日 | 3.8       | 4.4 | 4.9      | 5.7 | 3.4       | 3.9 | -19.4     | -19.3 | -80.3     | -77.9 | 20.7      | 20.9 |
| 5月17日 | 3.8       | 4.4 | 4.9      | 5.7 | 3.4       | 3.9 | -19.3     | -19.1 | -80.2     | -77.9 | 20.6      | 20.7 |
| 5月18日 | 3.8       | 4.5 | 4.9      | 6.2 | 3.4       | 4.8 | -19.4     | -19.1 | -80.3     | -77.9 | 20.5      | 20.8 |
| 5月19日 | 3.9       | 4.6 | 4.8      | 5.9 | 3.9       | 4.7 | -19.4     | -19.1 | -80.2     | -77.9 | 20.6      | 20.9 |
| 5月20日 | 3.9       | 4.8 | 4.8      | 5.7 | 3.7       | 4.5 | -19.3     | -18.6 | -80.2     | -77.9 | 20.8      | 21.1 |
| 5月21日 | 3.8       | 4.6 | 4.4      | 5.8 | 3.2       | 4.7 | -19.1     | -16.3 | -80.3     | -77.9 | 20.9      | 21.2 |
| 5月22日 | 4         | 4.5 | 4.7      | 5.7 | 3.6       | 4.5 | -19.9     | -18.8 | -80.2     | -77.8 | 20.6      | 20.9 |
| 5月23日 | 4         | 4.5 | 4.7      | 5.6 | 3.7       | 4.3 | -19.8     | -19.7 | -80.1     | -77.8 | 20.1      | 20.5 |
| 5月24日 | 4         | 4.5 | 4.7      | 5.6 | 3.7       | 4.3 | -19.7     | -19.7 | -80.1     | -77.9 | 20.1      | 20.1 |
| 5月25日 | 4         | 5.1 | 4.7      | 5.7 | 3.6       | 4.3 | -20.9     | -17.9 | -80.2     | -77.8 | 19.9      | 20.3 |
| 5月26日 | 3.1       | 4.9 | 4.7      | 5.8 | 2.9       | 4.3 | -20.8     | -19.7 | -80.1     | -77.9 | 20.1      | 20.4 |
| 5月27日 | 3.1       | 4.8 | 4.8      | 5.8 | 3.5       | 4.2 | -20.4     | -20.1 | -80.2     | -77.9 | 20.3      | 20.5 |
| 5月28日 | 3.2       | 4.2 | 4.7      | 5.9 | 3.6       | 4.2 | -20.2     | -19.7 | -80.2     | -77.9 | 20.3      | 20.6 |
| 5月29日 | 3.1       | 4.2 | 4.7      | 5.9 | 3.6       | 4.2 | -19.9     | -19.6 | -80.3     | -77.9 | 20.5      | 20.7 |
| 5月30日 | 3.2       | 4.2 | 4.7      | 5.8 | 3.6       | 4.2 | -19.9     | -19.8 | -80.3     | -77.9 | 20.3      | 20.6 |
| 5月31日 | 3.2       | 4.2 | 4.8      | 5.8 | 3.6       | 4.2 | -19.9     | -19.8 | -80.3     | -77.9 | 20.1      | 20.3 |

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L

註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 邱保祥  
師(三)級藥師  
藥學部 溫雅如  
師(三)級藥師

總藥師:

業管主管:

藥學部 李婉詩  
師(二)級藥師