

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 115年 07月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		2041-0013		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
7月1日	3.7	4.4	4.7	5.6	3.9	5.7	-19.3	-16.6	-82	-79.1	20.3	20.9
7月2日	3.7	4.1	4.7	5.6	3.6	4.3	-19.6	-18.3	-81.9	-79	20.2	21
7月3日	3.6	4.1	4.7	5.6	3.7	4.6	-19.6	-19.4	-81.9	-79	20.3	21
7月4日	3.6	4.1	4.7	5.6	4	4.4	-19.6	-19.6	-81.9	-79.1	19.2	20.4
7月5日	3.7	4.1	4.7	5.6	4	4.4	-19.6	-19.6	-81.9	-79.2	18.9	19.2
7月6日	3.6	4.3	4.7	5.6	3.9	4.9	-19.6	-19.1	-81.9	-79.1	19.2	19.9
7月7日	3.6	4.6	4.7	5.6	3.9	4.4	-19.4	-19.3	-81.9	-79.1	19.3	20.1
7月8日	3.4	4.1	4.8	5.7	3.8	4.4	-19.6	-19.3	-81.9	-79	19.3	20.1
7月9日	3.5	4.4	4.8	5.8	3.9	4.4	-24.8	-19	-81.9	-79	19.4	20.1
7月10日	4	4.3	4.9	5.7	3.9	4.4	-24.8	-24.6	-81.9	-79	19.4	19.5
7月11日	4	4.3	4.9	5.7	3.9	4.4	-24.7	-24.4	-81.9	-79	19.4	19.4
7月12日	4	4.3	4.9	5.7	3.9	4.4	-24.7	-24.4	-81.9	-79	19.3	19.4
7月13日	3.9	4.6	4.9	5.7	3.9	4.6	-24.7	-16.7	-81.9	-79.1	19.2	20.4
7月14日	3.9	4.5	4.7	5.7	3.9	4.9	-20.7	-16.6	-81.9	-79	19.9	20.8
7月15日	3.9	4.9	4.9	5.8	4.1	4.7	-20.7	-18.4	-81.9	-79.1	20.2	21.2
7月16日	3.9	4.4	4.9	6	4.2	4.6	-19.6	-18.8	-81.9	-79.1	20.3	21.2
7月17日	3.9	4.7	5.1	5.6	4.1	4.6	-19.6	-17.3	-81.9	-79.1	20.4	21.2
7月18日	3.9	4.3	5.1	5.6	4.2	4.5	-19.1	-18.9	-81.9	-79.1	20.3	20.6
7月19日	3.9	4.3	5.1	5.6	4.2	4.5	-19.1	-18.8	-81.9	-79	20.2	20.3
7月20日	3.8	4.3	5.1	5.7	4.2	4.7	-19.1	-18.7	-81.9	-79.1	20.1	20.9
7月21日	3.8	4.3	4.3	5.7	4.1	4.7	-18.9	-18.6	-82	-79.2	20.2	21.1
7月22日	3.8	4.3	4	5.4	2.7	4.6	-18.9	-18.5	-81.9	-79.1	20.3	21.2
7月23日	3.9	4.9	4.1	5.2	3.9	4.9	-18.8	-18.3	-82	-79.1	20.4	21.3
7月24日	3.8	4.4	4	5.3	3.6	4.6	-18.8	-16.2	-82	-79.2	20.4	21.5
7月25日	3.8	4.2	4.1	5.1	4	4.6	-18.5	-18.4	-81.9	-79.1	20.4	20.7
7月26日	3.8	4.2	4.1	5.1	4	4.6	-18.5	-18.3	-81.9	-79.1	20.2	20.4
7月27日	3.8	4.3	4.1	5.1	4	5.1	-18.5	-18.1	-81.9	-79.1	20.1	20.9
7月28日	3.8	4.3	4	5.4	4.1	4.8	-18.7	-18.3	-81.9	-79.1	20.2	21.2
7月29日	3.8	4.4	4	5.3	3.3	4.7	-18.7	-18.3	-81.9	-79.1	20.3	21.1
7月30日	3.7	4.4	3.9	5.1	3.3	4.2	-19.4	-18.4	-81.9	-79.1	20.3	21.2
7月31日	3.8	4.3	3.9	5.2	3.1	4.2	-19.5	-19.2	-81.9	-79.1	20.4	21.5

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L
 註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內

承辦藥師:

藥學部 邱保祥
 師(三)級藥師
 藥學部 溫雅如
 師(三)級藥師

總藥師:

業管主管:

藥學部 李婉詩
 師(二)級藥師