

臺北榮民總醫院藥學部

臨床試驗藥局一般藥品冷藏/冷凍/室溫溫度管制表 115年 08月

	一號冰箱		二號冰箱		三號冰箱		負20度冰箱		負80度冰箱		室溫1	
序號	0520-362		0520-292		1504-0305		1405-0193		2041-0013		1213-0007	
備用	0850-0835		0520-293		1504-0339		1213-0010		1330-0064		1405-0194	
範圍	2~8℃		2~8℃		2~8℃		負15~負25℃		≤負70℃		15~25℃	
日期	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
8月1日	3.8	4.2	4.2	5.3	3.3	4.2	-19.6	-19.4	-81.9	-79.1	20.3	20.7
8月2日	3.8	4.2	4.2	5.3	3.3	4.2	-19.6	-19.4	-81.9	-79.1	19.9	20.3
8月3日	3.8	4.6	3.6	4.8	3.2	4.3	-18.7	-18.1	-82	-78.9	20	21.1
8月4日	3.8	4.6	2.9	4.9	2.8	4.1	-19.1	-18.7	-82	-79	20.3	21.2
8月5日	3.7	4.3	3.5	5.3	3.1	4.3	-19.1	-18.8	-82	-78.9	20.4	21.3
8月6日	3.7	4.2	4.4	5.6	2.8	4.5	-19.4	-18.8	-82	-79	20.3	21.4
8月7日	3.7	6	4.4	5.4	3.1	4.1	-19.6	-18.9	-82	-79	20.7	21.4
8月8日	4	4.4	4.4	5.3	3.2	3.9	-19.6	-19.3	-82	-79	20.4	20.8
8月9日	4.1	4.4	4.4	5.3	3.2	3.9	-19.6	-19.3	-82	-79	20.2	20.4
8月10日	4	4.7	4.4	5.4	2.7	4.7	-19.6	-19.3	-82	-78.9	20.1	21.1
8月11日	4.1	4.6	4.5	5.4	4.2	4.6	-19.6	-19.3	-82	-78.9	20.3	21.2
8月12日	4.1	4.6	4.4	6.2	4.1	4.6	-19.9	-19.1	-82	-74.1	20.3	21.2
8月13日	3.7	5.6	4.4	5.9	3.8	4.6	-19.8	-19	-81.7	-78.8	19.9	20.7
8月14日	3.7	4.3	4.8	5.7	3.8	4.4	-19.1	-19	-81.7	-78.8	19.8	20.5
8月15日	3.7	4.3	4.8	5.6	3.8	4.4	-19.2	-19.1	-81.7	-78.8	19.5	19.8
8月16日	3.7	4.3	4.8	5.6	3.8	4.4	-19.1	-19.1	-81.7	-78.8	19.3	19.7
8月17日	3.7	4.3	4.6	6.1	3.7	4.6	-19.1	-18.8	-81.7	-78.8	19.6	20.9
8月18日	2.8	4.9	4.4	5.6	3.6	4.4	-19.2	-18.9	-81.5	-78.8	19.9	20.8
8月19日	2.7	5.1	4.4	5.6	3.6	4.4	-19.1	-18.7	-81.7	-78.8	19.9	21.5
8月20日	3.8	5.7	4.6	5.7	3.6	4.4	-19.1	-18.7	-81.7	-78.8	19.5	20.1
8月21日	4.8	5.6	4.6	5.9	3.5	4.4	-19.1	-18.8	-81.7	-78.8	19.3	20.4
8月22日	4.9	5.1	4.6	5.5	3.6	4.3	-19.1	-19	-81.7	-78.8	19.6	19.7
8月23日	4.9	5.1	4.7	5.5	3.6	4.3	-19.1	-19	-81.7	-78.8	19.5	19.6
8月24日	4.9	6.1	4.6	5.5	3.6	4.4	-19.1	-18.8	-81.7	-78.8	19.4	20.2
8月25日	5.2	6.1	4.3	5.4	3.6	4.4	-19.1	-18.7	-81.5	-78.8	19.6	20.4
8月26日	5.5	6.1	4.4	5.4	3.7	4.3	-19.1	-18.8	-81.7	-78.8	19.3	20.2
8月27日	5.4	6.2	4.4	5.7	3.4	4.6	-19.1	-18.8	-81.7	-78.8	19.7	20.6
8月28日	5.5	6.6	4.4	5.2	3.4	4.2	-19.1	-18.7	-81.7	-78.8	19.9	20.8
8月29日	6.1	6.2	4.4	5.3	3.5	4.3	-19.1	-18.9	-81.7	-78.8	19.5	19.9
8月30日	6.1	6.2	4.4	5.3	3.6	4.2	-19.1	-18.9	-81.7	-78.8	19.3	20.1
8月31日	6	6.6	4.4	5.3	3.6	4.3	-19.1	-18.7	-81.7	-78.8	19.2	20.2

註1: 溫度記錄器型號: ESCORT/ Model No.: EI-IN-D-32-L
 註2: 溫度記錄器更換電池或送校正期間取備用紀錄器之資料

溫度均在正常範圍內
 承辦藥師: 藥學部 邱保祥 15/08/20
 藥學部 溫雅如 15/08/20

總藥師:

業管主管:

藥學部 李婉詩 15/08/20
 師(二)級藥師