

臺北榮民總醫院新購醫療設備查驗規範 修訂差異表

原文	修訂後
<p>貳、查驗程序：</p> <p>廠商須檢交醫儀設備之伴隨文件，文件至少應包括下列項目：</p> <p>(一) 原版中、英文操作手冊二份（申購單位及工務室醫工組各一份）</p> <p>(二) 原版英文維護手冊，內容至少應包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 電路板實體配置圖（Printed Circuit Board Layout） 2. 線路圖及方塊圖（Schematics） 3. 零件表（Parts List） 4. 故障檢修索引（Troubleshooting Guide） 5. 維修診斷軟體 <p>註：原設備製造廠因專利或商業機密，無法提供線路圖或零件表時，應請該原廠出具證明文件，併同意將保固期再延長兩年。</p>	<p>貳、查驗程序：</p> <p>廠商須檢交醫儀設備之伴隨文件，文件至少應包括下列項目：</p> <p>(一) 原版中、英文操作手冊二份（申購單位及工務室<u>醫學工程組</u>各一份）、<u>一級保養維護標準作業準則（如範本附件）</u>。</p> <p>(二) <u>原版維護手冊（需為原廠或原廠認證出具之資料）</u>，內容應包括：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <u>電路板實體配置圖（Printed Circuit Board Layout）</u>、<u>線路圖或足以標示儀器完整功能之模組方塊圖（Schematics）</u>。 2. 故障檢修索引（Troubleshooting Guide）。 3. <u>其他原廠提供之故障維修相關文件如零件表（Parts List）、診斷工具或軟體。</u> <p>註：原設備製造廠因專利或商業機密，無法提供線路圖<u>或模組方塊圖</u>時，應請該原廠出具證明文件，<u>並</u>同意將保固期再延長兩年。</p>
<p>伍、教育訓練</p> <p>1. 醫療設備得標商，需至使用單位舉辦教育訓練課程（如附件），</p> <p>講習完成後須將上課課程表，交至工務室醫學工程組。</p>	<p>伍、教育訓練</p> <p>醫療設備得標商，需至使用單位舉辦教育訓練課程，<u>講習完成後須將上課課程表（如附件）暨課程紀錄共兩份，分別繳交至使用單位、工務室醫學工程組收存備查。</u></p>
<p>陸、保養維護計畫</p> <p>醫療設備得標商應於保固期內執行下列項目：</p> <p>4、如設備單價超過一百萬元（廠商應檢附保養計畫書乙份，含上述保養期程，內容、定期須更換零件週期及內容，並將該機型修護工程師之人數、學經歷、訓練及於廠商服務年資，以書面告知）。</p>	<p>陸、保養維護計畫</p> <p>醫療設備得標商應於保固期內執行下列項目：</p> <p>4、<u>如設備單價超過一百萬元（或臨床需要），廠商應檢附保養計畫書乙份（含上述保養期程，內容、定期須更換零件週期及內容，並將該機型修護工程師之人數、學經歷、訓練及於廠商服務年資，以書面告知）。</u></p>
<p>捌、工程安裝配合事項：</p>	<p>捌、工程安裝配合事項：</p>

原文	修訂後
<p>有關工程、安裝施工前，均需將施工規劃或說明書（含細部設計）、規格、材料等相關資料，經工務室審核通過後方可施工。</p>	<p>有關工程、安裝施工前，均需將施工規劃或說明書（含細部設計）、規格、材料、勞工安全作業規範（廠商決標後可至工務室協取）等相關資料，經工務室審核通過後方可施工。</p>